

SPECTROPHOTOMÈTRE UV-VISIBLE

FABRICANT : Agilent Technologies

MODÈLE : Cary 60

Échantillons

- L'appareil est muni d'un échantillonneur automatique thermostaté, d'un support permettant la lecture d'échantillon sur plaque de verre et d'un support de lecture de cuvettes seul.

Analyses

- Exemples : dosage de l'acide alpha et bêta dans le houblon, dosage de la chlorophylle A dans le houblon granulé et dans les algues.