

MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE EN TRANSMISSION MET (TEM)

FABRICANT : Philips

MODÈLE : CM200

Caractéristiques

- Résolution latérale:
 - Point: 0.19 nm
 - Ligne: 0.14 nm
- Émetteur LaB6
- Système de microanalyse EDAX Genesis
- Équipé d'une camera CCD Gatan Ultrascan 1000 2k x 2k modèle 895

VARIANTES

Spectrométrie à rayon X à sélection d'énergie (EDS) pour l'analyse chimique

- Analyses semi-quantitative
- Cartographie possible